

Kudowa-Zdrój, dnia 10.05.2018r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 07.05.2018R.

**o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro
pn.: „Dostawa sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Kudowa-Zdrój”**

w dniu 08.05.2018r. do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które udziela się następujących odpowiedzi:

PYTANIE 1:

Czy zamawiający wymaga w komplecie do defibrylatora, uchwyt umożliwiający przymocowanie do pionowej powierzchni (wnętrze kabiny) na czas transportu – certyfikat zgodności z PN EN 1789?

ODPOWIEDŹ: tak

PYTANIE 2:

Czy w punkcie 2. (Torba ratownicza PSP R1 wraz z wyposażeniem oraz kompletem szyn Kramera), ma być także wyceniona deska ortopedyczna?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z wytycznymi dla minimalnych wymagań techniczno-użytkowych opisanych w KSRG dla zestawów ratowniczych torba ratownicza PSP R1 zawiera w swym wyposażeniu deskę ortopedyczną, przy czym deska ratownicza opisana w pkt. 3 części 1 zamówienia podlega oddzielnej wycenie.

PYTANIE 3:

Czy do defibrylatora ma być dostarczony certyfikowany uchwyt do samochodu.

ODPOWIEDŹ: tak

PYTANIE 4

Czy ma być jedna sztuka baterii która ma 200 wyladowań czy też dwie sztuki baterii.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z wytycznymi dla minimalnych wymagań techniczno-użytkowych dla defibrylatorów (AED) w KSRG zamawiający dopuszcza więcej niż jedną baterię, przy czym bateria/e te winny zapewniać nie mniej niż 300 wyladowań max. energią.

PYTANIE 5

Czy ma być tylko jedna para uniwersalnych elektrod.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z wytycznymi dla minimalnych wymagań techniczno-użytkowych dla defibrylatorów (AED) w KSRG defibrylator winien być wyposażony w trzy pary elektrod samoprzylepnych w tym 2 komplety dla dorosłych i 1 komplet dla dzieci. Zamawiający dopuszcza dodatkowy komplet elektrod szkoleniowych uniwersalnych.

PYTANIE 6

Czy dopuszczacie gwarancję 4 lata na baterię?

ODPOWIEDŹ: : zgodnie z wytycznymi dla minimalnych wymagań techniczno-użytkowych dla defibrylatorów (AED) w KSRG bateria defibrylatora winna być objęta min.4 letnia gwarancją.

PYTANIE 7:

Czy defibrylator ma być w torbie czy walizce transportowej?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuszcza oba w/w sposoby przechowywania defibrylatora.

PYTANIE 8:

Czy w zapisie „,dodatkowe specjalne elektrody szkoleniowe” chodzi o zestaw szkoleniowy już elektrodami?

ODPOWIEDŹ: zamawiający po przeanalizowaniu własnych potrzeb i wymagań dopuszcza defibrylator na wyposażeniu którego znajduje się dodatkowy zestaw szkoleniowy wraz z elektrodami.

PYTANIE 9:

Czy zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty częściowej na wysokiej jakości torbę R1 oraz deskę ortopedyczną Iron Duck?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych , przy czym:

- część 1 zamówienia obejmuje dostawę:

- Defibrylatorów z funkcją treningową,
- Torby ratowniczej wraz z wyposażeniem(w tym deska ortopedyczna i szyny Kramera)
- Deski ratowniczej,

- część 2 zamówienia obejmuje dostawę zestawu narzędzi ratownictwa technicznego.

BURMISTRZ

PIOTR MAŻARZ

GMINA KUDOWA - ZDRÓJ
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdrój
NIP 883-16-79-903 REGON 890717929